

Паспорт объекта

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Виды измеряемых показателей и диапазоны измерений приведены в руководстве по эксплуатации.

1.2 Конструкция: щитовая; настольная; полевая
(нужное подчеркнuto)

1.3 Агрохимическая лаборатория укомплектована химическими реактивами для выполнения 29 600 анализов содержания азота, 16 000 – фосфора, 6 500 – калия, 12 500 – микроэлементов (Zn, Fe, Mn, Cu).

1.4 В лаборатории возможно проводить анализ до 300-400 образцов в день.

1.5 Требуется аналитическая комната размером ~ 25 кв. м.

1.6 Размер стола – 16 линейных метров (2 электрические розетки на каждые 2 м стола).

1.7. Требуется 2 раковины с кранами.

1.8 Напряжение питания 220-230 В.

Частота питания, 50-60 Гц.

1.9 Полный срок службы, лет, не менее 10 лет.